

Labombudsträff oktober 2025

Frågor och svar

Innehåll

Labombudsträff oktober 2025 Frågor och svar	1
1 eLAB RS	3
2 Rörpost.....	14
3 Transport	16

F: Var kommer presentationen vara tillgänglig?

S: Vi lägger upp presentationen och dokumentet med frågor och svar på Vårdgivare Skåne/ Laboratoriemedicin / Labombud

F: Kommer det komma fler informationsträffar med samma innehåll?

S: Nej, inget planerat i dagsläget.

1 eLAB RS

F: Kan man få sin Beställarkod förifylld?

S: Ja. Kontakta 30 000. Gäller hel avdelning ej per person.

F: Saknar möjligheten att se veckonummer vid beställning av prover och om vi behöver justera en redan lagd beställning kan man inte använda favoriter.

S: Veckonummer är inte inlagt idag – förvaltningsgruppen tittar på det.

F: Om man behöver avskilja ett prov, kan man använda två etiketter då?

S: Ja, då behöver man skriva ut en extra etikett.

F: Samma etikett - Måste väl även gälla när man stryker diff?

S: Ja, tryck ut extra etikett, varje glas måste märkas.

F: Skulle vara önskvärt att det per automatik kom 2 etiketter när det ska vara en på ytterhylsan också, tex f-Kalprotektin

S: Ingen funktion i dagsläget. Förvaltningsgruppen tittar på det.

F: Önskvärt sedan start av eLAB att vi på etiketten får veta vilket lab/stad som provet skall till.

S: Förvaltningsgruppen ska titta på det.

F: Önskvärt att när man skriver ut en etikett för lokala prover att det står på etiketten vilket lokalt prov det är.

S: Kortnamnen finns på etiketten men tyvärr inte för PNA.

F: Ett önskemål hade varit att det funnits en flik i 1177 där patienten själv kan se om det finns en eLAB remiss, händer alltför ofta att patienter kommer och där inte ligger någon remiss i eLAB eller att de inte vet om de ska ha med sig nåt prov eller vara fastande.

S: Frågan är under utredning av förvaltningsgruppen.

En provtagningslista kan skrivas ut till patienten via ”Provtagning” i eLAB. **Se eLAB manual:** Kapitel 6 Skriv ut provtagningslista till patient

Kommentar från chatt: Speciellt stort problem med att mottagning ber patienter ta prover och sen är det inget beställt i elab.

F: Vi upplever att det är dumt att 19 är förinställt på personnumret. Om det är en som är född på 2000-talet och man skriver in det, så om man inte är tillräckligt snabb med de fyra sista siffrorna så går 19 automatiskt in.

(Gäller barn/personer utan scanningsbart ID när man skriver in text 2012xxxx.)

S: Okänt för eLABs förvaltningsgrupp som ska undersöka detta.

F: Många gånger när vi har tagit proverna och bekräftat så kommer läkarna och vill lägga till prover. Har man en pappersremiss så kan man bara kryssa i (om det är samma rör). Vi hade gärna velat att man kan lägga till prover i typ 30-60 minuter efter att man har bekräftat ett prov. Vi får i dagsläget ringa tillbaka patienten och sticka om dem.

S: Ring till laboratoriet för att beställa tilläggsanalyser. Så fort provtagningen bekräftats i eLAB har laboratoriet beställningen synlig även om röret inte anlänt än och analyser kan läggas till.

F: Varför går det inte att fylla i tilläggsinformation efter att en beställning är gjord? ex vid urinodling. På så sätt kan man inte lägga upp en beställning i förväg.

S: Förvaltningsgruppen tar med detta som ett förbättringsförslag.

F: Ska vi lägga U-odl svamp Odl mfl i eLAB eller ska vi skicka det med pappersremiss?

S: De ska läggas i eLAB

F: externa u sticker, hur analyserar man det?

S: Utdrag Analysportalen

U- Testremsa																			
Info	Provtagningsmaterial																		
Ackrediterad:	Vacuumrör för urin brun kork 5 mL, överföringsstrå och uppsamlingsbägare																		
Beställning: Digital, Urintestremsa																			
Svarstid: Vardagar																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Materiel</th> <th>Volym</th> <th>Användning</th> <th>Art. nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vacuumrör brun kork, ingen tillsats</td> <td>5/4 mL</td> <td>Urin till laboratoriet</td> <td>26790</td> </tr> <tr> <td>Överföringsstrå</td> <td>Överföring</td> <td>Överföring av urin till vacuumrör</td> <td>27467</td> </tr> <tr> <td>Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör</td> <td>100 mL</td> <td>Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör</td> <td>26792</td> </tr> </tbody> </table>	Materiel	Volym	Användning	Art. nr	Vacuumrör brun kork, ingen tillsats	5/4 mL	Urin till laboratoriet	26790	Överföringsstrå	Överföring	Överföring av urin till vacuumrör	27467	Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör	100 mL	Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör	26792		
Materiel	Volym	Användning	Art. nr																
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats	5/4 mL	Urin till laboratoriet	26790																
Överföringsstrå	Överföring	Överföring av urin till vacuumrör	27467																
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör	100 mL	Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör	26792																
	Sterilt plaströr 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rörvolym</th> <th>Plast</th> <th>Art. Nr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 mL, U-b</td> <td>Polypropen</td> <td>216</td> </tr> </tbody> </table>	Rörvolym	Plast	Art. Nr	10 mL, U-b	Polypropen	216											
Rörvolym	Plast	Art. Nr																	
10 mL, U-b	Polypropen	216																	
Provtagning Cirka 5 mL urin i plaströr/plastbägare. För nitritanalys bör urinen ha stått länge i blåsan (minst 4 timmar) därför rekommenderas morgonurin.																			
Provhantering, förvaring och transport U-Testremsa/urinrör kan inte skickas till Laboratoriemedicin Bas då urinprovet har kort hållbarhet. Provet ska vara rumstempererat och mindre än 2 timmar gammalt vid analys.																			
Provtagning på provtagningsenhet Urinprov lämnas/kastas på provtagningen där analysen utförs. Observera att analysen endast utförs på en del provtagningar i Skåne. Vid beställning i eLab välj Testremsa (Lab), U																			
Provtagning på egen avdelning, patientnära analysinstrument Urinprov lämnas/kastas på avdelningen där analysen utförs. Vid beställning i eLab välj (PNA) Testremsa, U-																			

Välj PNA testremsa i eLAB om ni ska utföra det själv.

F: Kommer man kunna beställa odling på vävnad/biopsi i eLAB? Kan inte hitta detta i nuläget

S: Mikrobiologen tittar på detta just nu.

F: Önskvärt att även ni använder streckkod för patient när vi ska lägga in provsvar från tex mikrobiologi. Personnummer som streckkod. Också önskvärt att brevswaren sammanställs på en sida, inte båda sidorna. Blir mycket klipp och klistra när det är på 2 sidor.

S: Förvaltningsgruppen tittar på önskemålet.

F: När kommer blodgrupperingsremiss samt bastest integreras i eLAB?

S: Kommer ej att integreras i eLAB, men kommer i SDV.

F: Om vi redan tagit ut etiketter och det inte blir aktuellt att ta proverna. Hur gör vi då, för då blir det en röd prick i systemet?

S: Bevakninglistan kan endast ses i webbversionen av eLAB. Den röda pricken på "Bevakning" syns bara i 24 timmar och försvinner därefter.

F: Har jag uppfattat det rätt att datumet som vi ger för provtagningen är den som styr hur länge beställningen ligger kvar?

S: Beställningar ligger kvar 3 månader från planerat provtagningsdatum och försvinner sen från eLAB.

F: Ska man skriva ut etiketten från eLAB vid egen provtagning i hemmet när man lämnar ut burkarna, då ligger dessa som obekräftade. Vad rekommenderar ni att vi ska göra?

S: Etiketter skrivs ut från eLAB och sätts på burken som skickas med patienten. När patienten lämnar in provet ska den som tar emot provet gå in på beställningen i eLAB och ändra till rätt provtagningsstid samt bekräfta provtagningen.

F: De enheter som önskat exempelvis faeces prover eller sputum, vem står för material då beställning gjorts i eLAB?

S: Det är samma rutiner oavsett om beställningen kommer in på pappersremiss eller eLAB.

F: Ska man fortsätta skriva ut pappersremsor till hemsjukvården eller ska man skriva ut etiketter från eLAB till dem?

S: Använd pappersremsor tills integrationen med Mina planer är färdigtestad.

F: Hur gör vi när det gäller tex hemsjukvården? De har inte tillgång till eLAB så våra doktorer måste ordinera på "gammalt vis", alltså pappersremsor.

S: Mina Planer i eLAB kommer underlätta för kommunerna. Kommer under hösten/vintern.

F: När kommer hemsjukvården se eLAB remisserna i Mina planer?

S: Utveckling pågår, Information kommer, höst/vinter 2025

F: Då kan de i kommunen skriva ut etiketter själva sen. Då innebär det att hemsjukvården måste ha extra Zebraskrivare?

S: Ja, det blir samma utrustning som för alla med tillgång till eLAB.

F: Finns det möjlighet att i Melior komma direkt in i eLAB utan att behöva logga in?

Önskemål: Längre inloggningstid.

S: Nej, inte inne från Melior. Man måste logga in varje gång, annars använd webbversionen av eLAB. Vid inloggning med RSID kort är inloggningstiden längre.

F: Pasis? Hur går det med det? Kommer eLAB någonsin kopplas till Pasis för debitering?

S: Det finns inga planer på att integrera eLAB med PASIS.

F: Hur får man in lokala prover från eLAB till PMO?

S: eLAB är ett beställningssystem och har inget med svaren tillbaka att göra.

På etiketten från eLAB finns båda streckkoderna som ni ska scanna in på instrumentet, dvs patientens personnummer och PMO numret. Scanna etiketterna som vanligt i maskinen.

F: Vad är syftet med att lägga sina egna (interna) PNA prover i eLAB när man ändå får skriva in svaren manuellt i PMO

ja exakt och vissa beställer till & med Vikt och längd på eLAB också

Man är även tvungen att skriva ut etiketten för vikt/längd och sedan bekräfta en tom, för att skriva svaret manuellt i PMO

S: Då skickas beställningen till eLAB och kommer med på provtagningslistan där som en påminnelse att det blir gjort.

[Patientnära analys \(PNA\) - Vårdgivare Skåne](#)

F: Hur hanterar vi provresultat i PMO till lokalt lab?

S: PMO-support

F: Om vi lagt en beställning i PMO och eLAB och sedan vill lägga till analyser.... kan jag beställa i PMO bara och skicka igen?

S: Så länge etiketten inte är utskriven kan man redigera beställningar i PMO och sedan skicka på nytt. Om etikett är utskriven kan man logga in i eLAB och redigera där.

F: Det fungerar inte att lägga till prover i redan befintlig beställning i PMO, de går ej över i eLAB. Det funkade förra veckan.

S: PMO uppgradering som kan ha ställt till det. Rapportera till PMO-support, 30 000 (internt) eller 077-67 30 000 (externt). Ha gärna ett ordernummer från PMO som kan felsökas.

F: Hittar svaret in på rätt plats i PMO utan ordernumret?

S: Kemi beställning – Nej.

Mikrobiologi och immunologi svar hamnar som tidigare i svarsdatabasen och behöver därför inget ordernummer från PMO.

F: Man måste väl lägga allt i PMO också för hur ska man annars få in svaret när det kommer

S: Det är bara kemisvaren som går in i PMO. Mikrobiologi och immunsvaren skickas som tidigare till svarsdatabasen eller som brev.

F: Läkarna på min VC vill inte ordinera proverna till mikro/immun på eLAB för att de inte tycker det är patient säkert. Ni prata om att det tar tid med att få svar. Hur lång tid tar det med att få svar på odlingar/blod?

S: Det gäller att hitta nya arbetsrutiner. Diskutera på arbetsplatsen så att alla är överens.

När beställningen läggs i PMO kan uthopp via extern länk göras till eLAB och då följer personnummer med från PMO.

Diskussion, text från chatten:

”Tips! Vi på Kävlinge VC går alltid in i elab via PMO (uthoppet) Läkarna beställer så som de gjort tidigare och vi på labbet beställer via eLAB sen. När man får in rutinen så tar detta inte längre tid än att använda pappers remisser.”

”Vi på VC Rydebäck lägger över allt på e-lab. Är det någon speciell anamnes som ska med så får läkaren komma in till oss och fylla i rutan.”

”Det kan ju inte vara vårt jobb att lägga över proverna i eLAB. Det skulle vi aldrig hinna med. Det blir tyvärr mycket pappers remisser här tills doktorerna lärt sig att göra det själva.”

”Om vi personal på labbet beställer mikrobiologi prover i e-lab blir det att vi kan inte svara de frågor som klinkem lab behöver veta. då är det läkare som ska lägga en beställning”

” Vi har lärt läkarna beställa i elab direkt. Läkarna får gå utb och lära sig. Då behöver admin för elab på vc lägga till dem som beställare”

” Det är mycket lätt när man har lärt sig”

F: Kan ni gå igenom hur man lägger Mikrobiologi, immunologi osv från PMO till E lab.

S: Länk till Vårdgivare Skåne där det visas i presentation från bild 15.
[Informationsmöte Införande av digitala laboratoriebeställningar](#)

F: Kommer det i PMO labbeställning läggas till eLAB mikro?

S: Inget bestämt än men diskussioner pågår. Anamnes saknas i PMO och därför måste beställningen göras i eLAB.

Gör uthopp direkt till eLAB. Ordernummer från PMO behöver inte kopieras över om man inte vill ha det för att lägga in svaret.

F: Kan läkare skriva frågeställning om det gäller mikrobiologi i eLAB?

S: Ja, där finns mer detaljerade svar kring frågeställning som är till fördel för analysen.

F: När kommer vi privata kunna beställa prover i e-lab från allergi, Immunologi, mikrobiologi och Serologi

När kan de privata vårdgivarna i PV gällande e-lab få tillgång i PMO för e-lab beställning mikro, immunologi, serologi

S: Begränsningar gäller alla inom PMO. Samma för både privata och primärvård.

F: Undrar när fler beställnings grupper läggs till PMO?

S: PMO håller på att utöka kemi sortimentet. Information kommer.

F: snälla hade man kunnat ha samma namn på blodproverna (pmo) på mikro immu serologi osv på elab. tar tid att söka och hitta rätt

S: Namnen är lite olika men vi jobbar med PMO för att synka namnen.

F: När man beställer ex HLD/LDL i eLAB så kommer det som en grupp i beställningen och sen när svaret kommer så läggs det som "ej beställda analyser" och beställningsrutan blir utan resultat, kan man utveckla det på något sett?

S: eLAB support jobbar på detta.

F: När vi beställer i E-lab och använder grupperna så hittar inte svaren in i beställningen vi gjort i PMO. Varför?

S: Tekniska fel i vissa analyser – jobb pågår med PMO

F: Lagt beställning i PMO – skicka. Läger till flera beställningar och trycker skicka igen i PMO och då kommer beställningen inte fram till eLab.

S: Rapportera till PMO-support, 30 000 (internt) eller 077-67 30 000 (externt). Ha gärna ett ordernummer från PMO tillgängligt som kan felsökas.

Skrivet av andra i chatten:

”Man måste trycka spara efter att man tryckt på skicka knappen.”

”Så hände här också i början på veckan. Fungerade inte. Gick att ändra/redigera när man hade beställningen uppe i e lab”

F: Vi upplever att det tar tid för e-lab beställning att komma in i systemet. Ibland flera minuter. Är detta något som kommer förbättras så vi kan arbeta mer effektivt?

S: Jobbar på det med PMO. Anmäl till 30 000 om det är problem.

2 Rörpost

F: Vilken typ av insats är det ni menar?

S: Beroende på vilket sjukhus man jobbar så finns det gul med insats och röd med ”gafflar”. Patroner beställs via WebLord från Regionfastigheter.

F: Vill gärna höra hur vi skall göra med Quantiferon. De ligger i 10 pack och är väldigt dyra. Vi har inte så många provtagningar och måste kasta rören eftersom utgångsdatum går ut innan vi använt alla. Varje avdelning borde skicka rör med patienten om prover skall tas på annan enhet.

S: Patienten kan skickas till Provtagningsmottagningarna för provtagning istället. Ni kan köpa in och dela mellan enheter.

F: varför kan vi inte köpa 1 st

S: Marknadsplatsen som styr. Lämna önskemål till koncerninköp.

F: Får man skicka STI med eLAB beställning i den vanliga rörpostpatronen?

S: Ja

Skicka INTE följande prov med rörpost		
• Likvor • Blodgaser i spruta	• Aspirin effekt • P2Y12-hämning	• Prov på is eller i vattenbad • Vävnadsprov i formalin

F: Är det frågor kring prover o rörpost eller kan ni ta frågor kring adressboken också?

S: Det är Regionfastigheter som sköter rörpostsystemet och adressboken. KIT har anmält till Regionfastigheter om att det är krångliga namn. Anmäl gärna ni också till Regionfastigheter så de ser att fler har samma åsikt/problem.

Patroner beställs via Weblord.

Patron med insats beställs via Weblord, ange enhet och rörpoststationsnummer vid beställning.

[transport-av-prover-i-rorpost-och-point-to-point.pdf](#)

F: Äger avdelningen patronen? Så att den kommer tillbaka igen?

S: Patronen är programmerad att returneras till avdelningen när den är tömd.

F: Hur många rör får skickas Max?

S: Fyra fack i påsen, max 6 rör. Påsen ska rullas ihop till en smal fin rulle.

3 Transport

F: Vi packar våra prover till transfusionsmedicin i brun pappåse, grön transporthylsa, går det bra?

S: Det går att skicka i grön patron i brun pappåse men helst transporthylsa i vadderat kuvert. Viktigast är att skriva tydligt vart påsen ska. "Transfusionmedicin + orten för närmsta akutsjukhus".

På Marknadsplatsen heter vadderat kuvert "Bubbelpåse"

F: Igår fick jag till mig från KIT att vi kan skicka MG bastest och blodgruppering i röd bomb och skicka till transfusion i adressboken, gäller inte detta längre?

S: Det gäller om man har tillgång till rörpost så skickar man i den.

Inom sjukhus använd rörpost. Utanför sjukhus använd transporthylsa och vadderat kuvert.

F: Vilka rör får vi aldrig ta av korken?

S: Gäller alla rör utom kapillärrören

F: Lådan ej komplett vid återkomst

S: Sätt lapp på lådan om vad som saknas och skicka tillbaka med chaufför. Få ny låda av chaufför.

F: Hur gör man om kylklamp är sönder och går inte att använda? Hur gör man med proverna som ska skickas?

S: Sätt lapp på lådan om vad som felas och skicka tillbaka med chaufför. Få ny låda av chaufför.

F: När städas lådorna?

S: Laboratoriemedicin kontrollerar lådorna och städar dem vid behov. Om låda som kommer i retur är smutsig, gör som ovan. Sätt lapp på lådan och byt till ny från chaufför.

F: Hur skickar vi diffar i lådan?

S: Sätt diffglas i avsedd hylsa, vänd lådinsatsen till ”burksida” och ställ diffhylsan på avseddplats.

F: Vi har fått till oss från Klin kem att vi inte behövde göra diffar. Pga. att de används ytterst sällan

S: Nja, sanning med modifikation. Idag görs räkningen i maskin och då plockas resultatet från den men om maskinvärdena inte kan användas tittar man på glasen annars måste provet tas om. Utdrag från Analysportalen:

Provhantering, förvaring och transport

EDTA-rör är hållbara 24 timmar i rumstemperatur / kyl.
EDTA-småvolymrör (mikrorör) är hållbara 10 timmar i rumstemperatur / kyl.

Om provet inte når laboratoriet inom 6 timmar kan blodutstryk bifogas för att säkerställa resultat. Om blodutstryk inte bifogas ansvarar beställaren för att ny provtagning utförs i de få gånger resultat inte kan lämnas. När blodutstryk bifogas skall utstryket göras på objektglas med fasade hörn.

Art.nr: 27539, lev.art.nr: MENZAB000 00112E04, 45° och frostad ände 20 mm, både glas och box i cellofan

F: De höga sputumburkarna står rätt löst i ställen. Är de ok att skicka där ändå?


S: Ja, det går bra men det bästa är att använda den gamla varianten av sputumburk.

I första hand

Sputumburk och transporthylsa

	Volym	Tillsats	Användning	Art. Nr
	70 mL	Ingen	Sputum, Transporthylsa ska alltid användas	13783+26447

I andra hand



F: vill ni helst ha sputum i turkos låda eller papperspåse

S: Kylt ska packas i turkoslåda.

F: prover som skall packas om och skickas vidare ex till Sahlgrenska packar vi idag i grön cylinder och papperspåse, vi saknar instruktioner om vi gör rätt i dessa fall....

F: Sånt skickar vi i brun påse....till Sahlgrenska osv. tänker att det ändå packas om på klin kem. men schyst att göra det tydligt att det avviker.

S: Externa prover ska packas i låda 1 om de inte ska frysas eller ska vara i rumstemperatur.

Laboratoriemedicin packar proverna och skickar vidare.

F: De gröna burkarna som vi skickar till Lund får vi inte tillbaka varje dag men det går åt rätt så många. Vi har handlat in fler. Har hört av de som kör bilen att de bara skickar de gröna burkarna 1 gång i veckan, stämmer det? vi behöver ha tillbaka de dagligen.

S: De gröna patronerna ska skickas tillbaka varje dag. Skriv tydligt namn på er enhet så burkarna skickas tillbaka till rätt enhet.

F: Så mycket problem med våra fryslådor. Vi har blivit av med 4 st trots att lådorna är märkta, så dyrt och omständligt med frysprov.

S: Är de märkta med enhetens namn ska de komma i retur.

F: Om man ska skicka t ex ett urinprov (drogtest, som går till Lund och Malmö) som ska vara i ett rör med rundad botten och det ska skickas separat ska vi då lägga en kylklamp i en brun påse eller hur vill ni att vi skickar det?

S: Om det står på Analysportalen att provet ska skickas kylt ska kylklamp läggas i påsen och remissen i plastficka.

Dock behövs det inte för missbruksanalys. Utdrag från "Transport missbruksanalyser"

Länk [Microsoft Word - Transport missbruksanalyser_240924](#)

F: PK i lådan?

S: Ja.

F: Om man packar prover i fel låda, vad händer därefter?

S: Extra arbete på laboratoriet då beställning måste flyttas över till rätt LIMS instans manuellt. I värsta fall hamnar röret där analysen inte finns och provet riskerar att bli för gammalt och prov måste tas om.

F: Gällande folat b12 utredning ett gult och ett grönt rör. Vilken låda ska de gå i? Det är flera som tyckt det varit otydligt.

S: Låda 1. Följ tabellen i packningsinstruktionen.

F: Ska man märka transporthylsan till kapillära rör med personnummer, tex gluten barn?

S: Märk endast de hylsor där det anges i Analysportalen tex Kalprotektin ska märkas.

F: Vi packar gula och orangea rör till mikrobiologen i grön bomb och papperspåse. Är detta korrekt? Klamydia?

S: Packas i Turkosa låda. Går att skicka i papperspåse.

F: Kan ni berätta hur vi ska skicka iväg blod gruppering och RHD prover?

S: Prov i transporthylsa tillsammans med remiss i vadderat kuvert.

F: Kan vi använda upp de gamla avhållningsrören först?

S: Helst inte, de läcker. Isåfall måste de skickas i transporthylsa.

F: Ang. akuta prover, i turkos låda eller separat i märkt påse...

S: Packas separat. I lådan endast rutinprover.

F: Varför ska man ha transporthylsa på kapillära prover? Våra kapillära rör är lika stora som våra venösa provrör??

S: Automationen måste sortera ut dessa rör.

F: När använder man brun påse resp vitt, vadderat kuvert?

S: Brunt eller vitt spelar ingen roll. Viktigt att packa provet rätt.

F: Är det samma rör till urinprov Drogtest och avhällning?

S: Nej.

Art.nr. 31685 rör till droger i urin

Art.nr. 27514 rör till avhällning

F: Artikelnummer på vadderat kuvert

S: Art.nr. 12094 vadderat kuvert

F: Papperremiss tillsammans med blodrör i brunpåse, inte pappersremiss i turkostkuvert?

S: Packas provet i brun påse ska remissen alltid följa med provet i den bruna påsen.

F: När kommer vi i Ystad (Vc Sandskogen) få de turkosa lådorna?

S: Planering pågår.