Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-11-12

Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

DokumentID 88408700
Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)
Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

Vårdenhet: _____ Serienummer på instrument: _____ Egennamn/placering: _____

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Kontrollnivå 3 Lotnummer på intern kontrollösning: _____

Intern kontrollösning öppnad: _____ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

Instruktion för kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning



Börvärde

Gräns för godkänd intern kontroll

Lotnummer teststicka



Reagens (teststicka): Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

Så här fyller du i ditt kontrollblad:

Kontrollnivå 2 Lotnummer på intern kontrollösning: 0424243302

Intern kontrollösning öppnad: 250807 Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Åtgärd	Signatur
250814	2223283249	0,5 – 1,4	1,0	0,4	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	2223283249	0,5 – 1,4	1,0	1,0	Ja		XX