



# Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2026-02-13

## Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

DokumentID 88408700

Dokumentnamn Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

Original lagras elektroniskt. Användaren ansvarar för att gällande version används.



## Kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

Vårdenhet: \_\_\_\_\_ Serienummer på instrument: \_\_\_\_\_ Egennamn/placering: \_\_\_\_\_

**Kontrollnivå 1** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: \_\_\_\_\_

Intern kontrollösning öppnad: \_\_\_\_\_ Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Orsak och åtgärd	Signatur

## Instruktion för kontrollblad interna kontroller B-Ketoner (StatStrip)

Serienummer på instrument



Lotnummer kontrollösning



Lotnummer teststicka



Börvärde

Gräns för godkänd intern kontroll

**Reagens (teststicka):** Hållbart till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur.

**Så här fyller du i ditt kontrollblad:**

**Kontrollnivå 2** Lotnummer på intern kontrollösning: 0424243302

Intern kontrollösning öppnad: 250807

Hållbarhet: 3 månader efter öppningsdatum

Förvaring: Rumstemperatur

Datum	Lotnummer reagens (teststicka)	Gränser för godkänd intern kontroll (mmol/L)	Börvärde (mmol/L)	Resultat (mmol/L)	Godkänd Ja/Nej	Åtgärd	Signatur
250814	2223283249	0,5 – 1,4	1,0	0,4	Nej	Handhavandefel. Analyseras om.	XX
250814	2223283249	0,5 – 1,4	1,0	1,0	Ja		XX